МС1710599

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ**
**В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии

(наименование территориального органа)

# САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 21.01.04.000.М.000022.01.22 от 26.01.2022 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих): эксплуатация, хранение аппарата рентгеновского медицинского дентального портативного (технические характеристики источника в соответствии с приложением на 1 листе)

стоматологический кабинет. Адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт Московский, д. 39, корп. 2, пом. 3 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

общество с ограниченной ответственностью "Центр функциональной стоматологии". Местонахождение: Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проспект Московский, дом 39, корпус 2, пом. 3 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний", СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

экспертное заключение ООО "Экспертный центр Эра" №17 от 15.01.2022 г. (аттестат аккредитации № RA.RU.710335 от 03.11.2020. Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения недействительно.

А01298261

Заключение действительно до 26.01.2027 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) Н.Ф. Луговская
ф., и., о.; подпись, печать

№3410565

## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии

(наименование территориального органа)

# ПРИЛОЖЕНИЕ К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 21.01.04.000.М.000022.01.22 от 26.01.2022 г.

условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих): эксплуатация, хранение аппарата рентгеновского медицинского

1. Подразделение, получающее санитарно-эпидемиологическое заключение: стоматологический кабинет ООО "Центр функциональной стоматологии" по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт Московский, д. 39, корп. 2, пом. 3.

2. Должностное лицо, ответственное за радиационную безопасность на объекте: главный врач Лосева Т. В., приказ о возложении ответственности от 27.12.2021 г. №4.

3. Разрешаются работы с источниками ионизирующего излучения:
3.1. Вид и характеристика источников ионизирующего излучения:
Работы с устройствами, генерирующими излучение: аппарат рентгеновский дентальный портативный EzRay Air Portable, модель VEX-P300, зав. №84D12400026, год выпуска - 2021, напряжение аппарата -65 кВ, анодный ток - 2,5 мА.

3.2. Вид и характер работ: эксплуатация и хранение аппарата рентгеновского дентального портативного EzRay Air Portable.

3.3. Места проведения работ: стоматологический кабинет ООО "Центр функциональной стоматологии" по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт Московский, д. 39, корп. 2, пом. 3.

3.4. Ограничительные условия: не допускается работа персонала группы "А" без средств индивидуальной защиты и дозиметрического контроля.

А01298262

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Н.Ф. Луговская

Ф. И. О. подпись, печать